

温度測定記録紙

No. 1

測定年月日： 2015年 10月 22日(木)

測定者： 今川 真太郎

観測地点： PO1

温度計番号

標準： 30620

アルコール： A011

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.84	26.0
1	25.86	26.0
2	25.90	26.1
3	25.95	26.1
4	25.90	26.1
5	25.93	26.1
6	26.00	26.2
7	26.00	26.1
8	25.95	26.1
9	25.96	26.1
10	26.05	26.1
11	26.00	26.2
12	25.93	26.1
13	26.01	26.1
14	26.00	26.1
15	26.02	26.0
16	26.00	26.0
17	26.00	26.0
18	26.01	26.0
19	25.99	26.0
20	25.94	26.0
21	25.91	25.9
22	25.93	25.8
23	26.00	25.9
24	25.94	26.0
25	25.95	26.0
26	26.00	26.1
27	26.00	26.1
28	26.05	26.0
29	26.01	26.1
30	26.00	26.2

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	0.77	0.6 1.1
1	0.63	0.5 1.1
2	0.61	0.5 1.0
3	0.59	0.5 1.0
4	0.58	0.5 1.0
5	0.56	0.5 1.0
6	0.55	0.5 1.0
7	0.53	0.5 1.0
8	0.51	0.5 1.0
9	0.50	0.5 1.0
10	0.50	0.5 1.0
11	0.50	0.5 1.0
12	0.51	0.5 1.0
13	0.49	0.5 1.0
14	0.49	0.5 1.0
15	0.47	0.9
16	0.44	1.0
17	0.45	1.0
18	0.47	1.0
19	0.46	0.9
20	0.47	0.9
21	0.47	1.0
22	0.46	1.0
23	0.45	1.0
24	0.48	1.0
25	0.45	1.0
26	0.44	1.0
27	0.47	1.0
28	0.49	1.0
29	0.45	1.0
30	0.44	1.0