

# 温度測定記録紙

No. 1

測定年月日：2015年10月22日

測定者：荒川 聡太郎

観測地点：P02

温度計番号

標準：30620

アルコール：A028

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.84	25.6
1	25.86	25.7
2	25.90	25.8
3	25.95	25.8
4	25.90	25.8
5	25.93	25.8
6	26.00	25.9
7	26.00	25.9
8	25.95	25.9
9	25.96	25.9
10	26.05	25.9
11	26.00	25.9
12	25.93	25.9
13	26.01	25.9
14	26.00	25.8
15	26.02	25.8
16	26.00	25.8
17	26.00	25.8
18	26.01	25.8
19	25.99	25.8
20	<del>25.94</del> 25.94	25.8
21	25.91	25.8
22	25.93	25.8
23	26.00	25.9
24	25.94	25.9
25	25.95	25.9
26	26.00	25.9
27	26.00	25.9
28	26.05	25.9
29	26.01	25.9
30	26.00	25.9

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	0.77	0.9
1	0.63	0.8
2	0.61	0.7
3	0.59	0.7
4	0.58	0.6
5	0.56	0.6
6	0.55	0.6
7	0.53	0.6
8	0.51	0.6
9	0.50	0.5
10	0.50	0.5
11	0.50	0.5
12	0.51	0.5
13	0.49	0.5
14	0.49	0.5
15	0.47	0.5
16	0.44	0.5
17	0.45	0.5
18	0.47	0.5
19	0.46	0.5
20	0.47	0.5
21	0.47	0.5
22	0.46	0.5
23	0.45	0.5
24	0.48	0.5
25	0.45	0.5
26	0.44	0.5
27	0.47	0.5
28	0.49	0.5
29	0.45	0.5
30	0.44	0.5