

温度測定記録紙

No. _____

測定年月日：2015年10月22日

測定者：谷口 健太

観測地点：P03

温度計番号

標準：30621

アルコール：A026

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	26.12 26.12	25.9 25.9
1	26.12 26.12	25.9 25.9
2	26.11 26.11	25.9 25.9
3	26.11 26.11	25.9 25.9
4	26.10 26.10	25.9 25.9
5	26.10 26.10	25.9 25.9
6	26.10 26.10	25.9 25.9
7	26.10 26.10	25.9 25.9
8	26.11 26.11	25.9 25.9
9	26.12 26.12	25.9 25.9
10	26.13 26.13	25.9 25.9
11	26.20 26.20	25.9 25.9
12	26.20 26.20	25.9 25.9
13	26.20 26.20	26.0 26.0
14	26.20 26.20	26.0 26.0
15	26.20 26.20	26.0 26.0
16	26.20 26.20	26.0 26.0
17	26.20 26.20	26.0 26.0
18	26.20 26.20	26.0 26.0
19	26.20 26.20	26.0 26.0
20	26.20 26.20	26.0 26.0
21	26.20 26.20	26.0 26.0
22	26.20 26.20	26.0 26.0
23	26.20 26.20	26.0 26.0
24	26.20 26.20	26.0 26.0
25	26.20 26.20	26.0 26.0
26	26.19 26.19	26.0 26.0
27	26.18 26.18	26.0 25.9
28	26.15 26.15	26.0 25.9
29	26.13 26.13	26.0 25.9
30	26.13 26.13	26.0 25.9

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	26.12 1.00	25.9 1.0
1	26.12 1.00	25.9 1.0
2	26.11 0.92	25.9 1.0
3	26.11 0.90	25.9 1.0
4	26.11 0.90	25.9 1.0
5	26.10 0.90	25.9 1.0
6	26.10 0.89	25.9 1.0
7	26.10 0.89	25.9 1.0
8	26.11 0.89	25.9 1.0
9	26.12 0.87	25.9 1.0
10	26.13 0.86	25.9 0.9
11	26.20 0.85	25.9 0.9
12	26.20 0.83	25.9 0.9
13	26.20 0.83	26.0 0.9
14	26.20 0.81	26.0 0.9
15	26.20 0.81	26.0 0.9
16	26.20 0.81	26.0 0.9
17	26.20 0.81	26.0 0.9
18	26.22 0.81	26.0 0.9
19	26.20 0.81	26.0 0.9
20	26.20 0.81	26.0 0.9
21	26.22 0.81	26.0 0.9
22	26.20 0.81	26.0 0.9
23	26.20 0.80	26.0 0.9
24	26.20 0.80	26.0 0.9
25	26.20 0.80	26.0 0.9
26	26.19 0.80	26.0 0.9
27	26.18 0.80	25.9 0.9
28	26.15 0.80	25.9 0.9
29	26.13 0.80	25.9 0.9
30	26.13 0.80	25.9 0.9