

温度測定記録紙

No. 01

測定年月日: 2015 / 10 / 22

測定者: 藤井 悠平

観測地点: P04

温度計番号:

標準: 30621

アルコール: A032

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	26.12	26.2
1	26.12	26.2
2	26.11	26.2
3	26.11	26.2
4	26.10	26.1
5	26.10	26.2
6	26.10	26.1
7	26.10	26.1
8	26.11	26.1
9	26.12	26.1
10	26.13	26.1
11	26.20	26.2
12	26.20	26.2
13	26.20	26.2
14	26.20	26.2
15	26.20	26.2
16	26.20	26.2
17	26.20	26.2
18	26.20	26.2
19	26.20	26.2
20	26.20	26.2
21	26.20	26.2
22	26.20	26.2
23	26.20	26.2
24	26.20	26.2
25	26.20	26.2
26	26.19	26.2
27	26.18	26.2
28	26.15	26.2
29	26.13	26.1
30	26.13	26.1

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	1.0	1.6
1	1.00	1.5
2	0.92	1.5
3	0.90	1.5
4	0.90	1.5
5	0.90	1.5
6	0.89	1.4
7	0.89	1.4
8	0.87	1.4
9	0.87	1.3
10	0.86	1.3
11	0.85	1.3
12	0.83	1.2
13	0.83	1.2
14	0.81	1.2
15	0.81	1.2
16	0.81	1.2
17	0.81	1.2
18	0.81	1.2
19	0.81	1.3
20	0.81	1.2
21	0.81	1.2
22	0.81	1.2
23	0.80	1.2
24	0.80	1.2
25	0.80	1.2
26	0.80	1.2
27	0.80	1.2
28	0.80	1.2
29	0.80	1.2
30	0.80	1.2