

# 温度測定記録紙

No. 1

測定年月日：2015年 10月 22日

測定者：今井 志彦

観測地点：P05

温度計番号

標準：A018

アルコール：A002

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.4	25.9
1	25.5	25.9
2	25.5	25.9
3	25.5	26.0
4	25.6	26.0
5	25.5	26.0
6	25.6	26.0
7	25.5	26.0
8	25.5	26.0
9	25.5	26.0
10	25.5	26.0
11	25.4	26.0
12	25.4	25.9
13	25.4	25.9
14	25.4	25.9
15	25.5	25.9
16	25.5	25.9
17	25.5	25.9
18	25.4	25.9
19	25.4	25.9
20	25.4	25.9
21	25.3	25.9
22	25.3	25.8
23	25.3	25.8
24	25.3	25.8
25	<del>25.3</del> 25.3	25.8
26	25.3	25.8
27	25.3	25.8
28	25.4	25.9
29	25.5	25.9
30	25.5	26.0

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	0.8	1.1
1	0.5	1.0
2	0.5	1.0
3	0.4	1.0
4	<del>0.4</del> 0.4	0.9
5	0.3	0.9
6	0.3	0.9
7	0.3	0.9
8	0.3	0.9
9	0.2	0.8
10	0.2	0.8
11	0.2	0.8
12	0.2	0.8
13	0.2	0.8
14	0.1	0.8
15	0.1	0.7
16	0.1	0.7
17	0.1	0.7
18	0.1	0.7
19	0.1	0.7
20	0.1	0.7
21	0.1	0.7
22	0.1	0.7
23	0.1	0.7
24	0.1	0.7
25	0.1	0.7
26	0.1	0.7
27	0.1	0.7
28	0.1	0.7
29	0.1	0.7
30	0.1	0.7