

# 温度測定記録紙

No. /

測定年月日: 2015 / 10 / 22

測定者: 渡邊 剛 (岸本)

観測地点: P08

温度計番号

標準: A022

アルコール: A006

**温水** (A022) (A006)

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C) A006	
	標準温度計	アルコール温度計
0 (15:22)	26.1	25.8
1	26.1	25.8
2	26.1	25.8
3	26.1	25.8
4	26.1	25.8
5	26.1	25.8
6	26.1	25.8
7	26.1	25.9
8	26.1	25.9
9	26.1	25.8
10 (15:32)	26.1	25.8
11	26.1	25.8
12	26.1	25.8
13	26.1	25.8
14	26.1	25.8
15	26.1	25.8
16	26.1	25.8
17	26.1	25.8
18	26.1	25.8
19	26.1	25.9
20 (15:42)	26.1	25.9
21	26.1	25.9
22	26.1	25.9
23	26.2	25.9
24	26.2	25.9
25	26.2	25.9
26	26.2	25.8
27	26.2	25.8
28	26.2	25.8
29	26.2	25.8
30	26.2	25.8

**冷水** (A022) (A006)

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0 (16:05)	1.5	0.7
1	1.3	0.6
2	1.2	0.5
3	1.2	0.5
4	1.2	0.5
5	1.2	0.4
6	1.1	0.3
7	1.1	0.2
8	1.1	0.1
9	1.1	0.1
10 (16:15)	1.1	0.1
11	1.1	0.1
12	1.1	0.1
13	1.1	0.2
14	1.1	0.1
15	1.1	0.1
16	1.1	0.1
17	1.1	0.1
18	1.1	0.1
19	1.1	0.1
20 (16:25)	1.1	0.1
21	1.1	0.1
22	1.1	0.1
23	1.1	0.1
24	1.1	0.1
25	1.1	0.1
26	1.0	0.1
27	1.0	0.1
28	1.0	0.1
29	1.0	0.1
30 (16:35)	1.0	0.1