

温度測定記録紙

No. 1

測定年月日: 2015年10月22日

測定者: 大内 毅

観測地点: #P09

温度計番号

標準: A030

アルコール: A019

| 経過時間 (分) | 温水槽の温度 (°C) | |
|----------|-------------|----------|
| | 標準温度計 | アルコール温度計 |
| 0 | 25.4 25.3 | 25.5 |
| 1 | 25.3 25.4 | 25.5 |
| 2 | 25.4 | 25.6 |
| 3 | 25.4 | 25.7 |
| 4 | 25.5 | 25.7 |
| 5 | 25.5 | 25.8 |
| 6 | 25.6 | 25.8 |
| 7 | 25.6 | 25.8 |
| 8 | 25.7 | 25.9 |
| 9 | 25.8 | 25.9 |
| 10 | 25.8 | 25.9 |
| 11 | 25.8 | 25.9 |
| 12 | 25.8 | 25.9 |
| 13 | 25.8 | 25.9 |
| 14 | 25.8 | 25.9 |
| 15 | 25.8 | 25.9 |
| 16 | 25.8 | 25.9 |
| 17 | 25.7 | 25.9 |
| 18 | 25.7 | 25.9 |
| 19 | 25.7 | 25.9 |
| 20 | 25.7 | 25.9 |
| 21 | 25.7 | 25.9 |
| 22 | 25.7 | 25.9 |
| 23 | 25.7 | 25.8 |
| 24 | 25.7 | 25.8 |
| 25 | 25.7 | 25.8 |
| 26 | 25.7 | 25.8 |
| 27 | 25.7 | 25.8 |
| 28 | 25.7 | 25.9 |
| 29 | 25.7 | 25.8 |
| 30 | 25.9 | 25.8 |

| 経過時間 (分) | 冷水槽の温度 (°C) | |
|----------|-------------|----------|
| | 標準温度計 | アルコール温度計 |
| 0 | 0.9 | 1.0 |
| 1 | 0.8 | 1.0 |
| 2 | 0.8 | 0.9 |
| 3 | 0.7 | 0.9 |
| 4 | 0.6 | 0.8 |
| 5 | 0.7 | 0.8 |
| 6 | 0.6 | 0.8 |
| 7 | 0.6 | 0.7 |
| 8 | 0.5 | 0.7 |
| 9 | 0.4 | 0.7 |
| 10 | 0.4 | 0.7 |
| 11 | 0.4 | 0.6 |
| 12 | 0.3 | 0.6 |
| 13 | 0.3 | 0.5 |
| 14 | 0.3 | 0.5 |
| 15 | 0.2 | 0.5 |
| 16 | 0.2 | 0.5 |
| 17 | 0.2 | 0.5 |
| 18 | 0.2 | 0.4 |
| 19 | 0.2 | 0.4 |
| 20 | 0.1 | 0.4 |
| 21 | 0.1 | 0.4 |
| 22 | 0.1 | 0.3 |
| 23 | 0.1 | 0.3 |
| 24 | 0.1 | 0.3 |
| 25 | 0.1 | 0.3 |
| 26 | 0.1 | 0.3 |
| 27 | 0.1 | 0.3 |
| 28 | 0.1 | 0.2 |
| 29 | 0.1 | 0.2 |
| 30 | 0.1 | 0.2 |