

# 温度測定記録紙

No. 1

測定年月日: 2015 / 10 / 22

測定者: 戎 秀梧

観測地点: 10

温度計番号

標準: A 030

アルコール: A 029

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.3	-999
1	25.4	-999
2	25.4	25.9
3	25.4	25.9
4	25.5	26.0
5	25.5	26.0
6	25.6	26.0
7	25.6	26.0
8	25.7	26.0
9	25.8	26.0
10	25.8	26.0
11	25.8	26.0
12	25.8	26.0
13	25.8	26.0
14	25.8	26.0
15	25.8	26.0
16	25.8	26.0
17	25.7	26.0
18	25.7	26.0
19	25.7	26.0
20	25.7	26.0
21	25.7	26.0
22	25.7	26.0
23	25.7	26.0
24	25.7	26.0
25	25.7	26.0
26	25.7	26.0
27	25.7	26.0
28	25.7	26.0
29	25.7	26.0
30	25.7	26.0

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	0.9	0.6
1	0.8	0.6
2	0.8	0.6
3	0.7	0.5
4	0.6	0.4
5	0.7	0.4
6	0.6	0.4
7	0.6	0.4
8	0.5	0.3
9	0.4	0.3
10	0.4	0.2
11	0.4	0.2
12	0.3	0.2
13	0.3	0.2
14	0.3	0.1
15	0.2	0.1
16	0.2	0.1
17	0.2	0.1
18	0.2	0.1
19	0.2	0.1
20	0.1	0.0
21	0.1	0.0
22	0.1	0.0
23	0.1	0.0
24	0.1	0.0
25	0.1	0.0
26	0.1	0.0
27	0.1	0.0
28	0.1	0.0
29	0.1	0.0
30	0.1	0.0