

# 温度測定記録紙

No. 1

測定年月日: 2015年 10月 22日

測定者: 柴田 知輝

観測地点: 11

温度計番号

標準: A 037

アルコール: A 017

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	26.0	25.9
1	26.0	25.9
2	26.0	25.9
3	26.0	25.9
4	26.0	25.9
5	26.0	25.9
6	26.0	25.9
7	26.0	25.9
8	26.0	25.9
9	26.0	25.9
10	26.0	25.9
11	26.0	25.9
12	26.0	25.9
13	26.0	25.9
14	26.0	25.9
15	26.0	25.9
16	26.0	25.9
17	26.0	25.9
18	26.0	25.9
19	26.0	25.9
20	26.0	25.9
21	26.0	25.9
22	26.0	25.9
23	26.0	25.9
24	26.0	25.9
25	26.0	25.9
26	26.0	25.9
27	26.0	25.9
28	26.0	25.9
29	26.0	25.9
30	26.0	25.9

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	1.8	1.0
1	1.8	1.0
2	1.8	1.0
3	1.7	0.9
4	1.5	0.9
5	1.4	0.8
6	1.4	0.8
7	1.3	0.7
8	1.3	0.7
9	1.3	0.7
10	1.2	0.6
11	1.2	0.6
12	1.2	0.6
13	1.2	0.6
14	1.2	0.6
15	1.2	0.6
16	1.2	0.6
17	1.2	0.6
18	1.2	0.6
19	1.2	0.6
20	1.2	0.6
21	1.2	0.6
22	1.2	0.6
23	1.1	0.6
24	1.1	0.5
25	1.1	0.5
26	1.1	0.5
27	1.1	0.5
28	1.1	0.5
29	1.1	0.5
30	1.1	0.5