

温度測定記録紙

No. 1

測定年月日： 2015年 10月 22日

測定者： 中村 健悟

観測地点： P 12

温度計番号

標準： A 037

アルコール： A 007

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	26.0	26.1
1	26.0	26.0
2	26.0	26.0
3	26.0	26.0
4	26.0	26.0
5	26.0	26.0
6	26.0	26.0
7	26.0	26.0
8	26.0	26.0
9	26.0	26.0
10	26.0	26.0
11	26.0	26.0
12	26.0	26.0
13	26.0	26.0
14	26.0	26.0
15	26.0	26.0
16	26.0	26.0
17	26.0	26.0
18	26.0	26.0
19	26.0	26.0
20	26.0	26.0
21	26.0	26.0
22	26.0	26.0
23	26.0	26.0
24	26.0	26.0
25	26.0	26.0
26	26.0	26.0
27	26.0	26.0
28	26.0	26.0
29	26.0	26.0
30	26.0	26.0

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	1.8	1.2
1	1.8	1.2
2	1.8	1.1
3	1.7	1.0
4	1.5	1.0
5	1.4	1.0
6	1.4	1.0
7	1.3	1.0
8	1.3	1.0
9	1.3	0.9
10	1.2	0.9
11	1.2	0.9
12	1.2	0.9
13	1.2	0.9
14	1.2	0.8
15	1.2	0.8
16	1.2	0.8
17	1.2	0.8
18	1.2	0.8
19	1.2	0.8
20	1.2	0.8
21	1.2	0.8
22	1.2	0.8
23	1.1	0.8
24	1.1	0.8
25	1.1	0.8
26	1.1	0.8
27	1.1	0.8
28	1.1	0.8
29	1.1	0.7
30	1.1	0.7