

温度測定記録紙

No. 1

測定年月日：2015年10月22日

測定者：大中智博

観測地点：P13

温度計番号

標準：A031

アルコール：A024

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.9 °C	26.0 °C
1	26.0 °C	26.0 °C
2	26.0 °C	26.0 °C
3	26.0 °C	26.0 °C
4	26.0 °C	26.0 °C
5	26.0 °C	26.0 °C
6	26.0 °C	26.1 °C
7	26.0 °C	26.1 °C
8	26.0 °C	26.1 °C
9	26.0 °C	26.1 °C
10	26.0 °C	26.1 °C
11	26.0 °C	26.0 °C
12	26.0 °C	26.0 °C
13	26.0 °C	26.0 °C
14	26.0 °C	26.0 °C
15	26.0 °C	26.0 °C
16	26.0 °C	26.0 °C
17	26.0 °C	26.0 °C
18	26.0 °C	26.0 °C
19	26.0 °C	26.0 °C
20	26.0 °C	26.0 °C
21	26.0 °C	26.0 °C
22	26.0 °C	26.0 °C
23	26.0 °C	26.0 °C
24	26.0 °C	26.0 °C
25	25.9 °C	26.0 °C
26	25.9 °C	26.0 °C
27	25.9 °C	26.0 °C
28	25.9 °C	26.0 °C
29	25.9 °C	26.0 °C
30	25.9 °C	26.0 °C

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	1.2 °C	1.1 °C
1	1.0 °C	1.0 °C
2	1.0 °C	1.0 °C
3	0.9 °C	0.9 °C
4	0.9 °C	0.8 °C
5	0.8 °C	0.7 °C
6	0.8 °C	0.7 °C
7	0.7 °C	0.7 °C
8	0.7 °C	0.6 °C
9	0.6 °C	0.6 °C
10	0.5 °C	0.5 °C
11	0.5 °C	0.5 °C
12	0.5 °C	0.5 °C
13	0.5 °C	0.5 °C
14	0.5 °C	0.5 °C
15	0.5 °C	0.5 °C
16	0.4 °C	0.5 °C
17	0.4 °C	0.5 °C
18	0.3 °C	0.4 °C
19	0.3 °C	0.4 °C
20	0.3 °C	0.3 °C
21	0.3 °C	0.3 °C
22	0.3 °C	0.3 °C
23	0.3 °C	0.3 °C
24	0.3 °C	0.3 °C
25	0.3 °C	0.3 °C
26	0.3 °C	0.3 °C
27	0.3 °C	0.3 °C
28	0.3 °C	0.3 °C
29	0.3 °C	0.3 °C
30	0.3 °C	0.3 °C