

# 温度測定記録紙

No. 1

測定年月日: 2015/10/22

測定者: 大西 莉緒

観測地点: P14

温度計番号

標準: ~~A033~~ A031

アルコール: A033

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.9	26.5
1	26.0	26.5
2	26.0	26.5
3	26.0	26.5
4	26.0	26.6
5	26.0	26.6
6	26.0	26.6
7	26.0	26.6
8	26.0	26.6
9	26.0	26.6
10	26.0	26.6
11	26.0	26.6
12	26.0	26.6
13	26.0	26.6
14	26.0	26.6
15	26.0	26.6
16	26.0	26.6
17	26.0	26.6
18	26.0	26.6
19	26.0	26.6
20	26.0	26.6
21	26.0	26.6
22	26.0	26.6
23	26.0	26.6
24	26.0	26.6
25	25.9	26.5
26	25.9	26.5
27	25.9	26.5
28	25.9	26.5
29	25.9	26.4
30	25.9	26.4

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	1.2	<del>1.6</del> 1.6
1	<del>1.0</del> 1.0	1.4
2	1.0	1.3
3	0.9	1.3
4	0.9	1.2
5	0.8	1.2
6	0.8	1.1
7	0.7	1.0
8	0.7	1.0
9	0.6	0.9
10	0.5	0.9
11	0.5	0.9
12	0.5	0.9
13	0.5	0.9
14	0.5	0.9
15	0.5	0.9
16	0.4	0.9
17	0.4	0.9
18	0.3	0.8
19	0.3	0.8
20	0.3	0.8
21	0.3	0.8
22	0.3	0.8
23	0.3	0.8
24	0.3	0.8
25	0.3	0.8
26	0.3	0.7
27	0.3	0.7
28	0.3	0.7
29	0.3	0.7
30	0.3	0.7