

温度測定記録紙

No. 1

測定年月日： 2015年 10月 22日

測定者： 杉山 敦美

観測地点： P17

温度計番号

標準： A036

アルコール： A ~~036~~ A015

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.8 25.9	25.9 25.9
1	25.9 25.9	25.9 25.9
2	25.9 25.9	25.9 25.9
3	25.9 25.9	25.9 25.9
4	25.9 26.0 26.0	25.9 25.9 25.9
5	26.0	25.9
6	26.0	25.9
7	26.0	25.9
8	26.0	25.9
9	26.0	25.9
10	25.9	25.9
11	25.9	25.9
12	25.9	25.9
13	25.9	25.9
14	25.9	25.9
15	25.9	25.9
16	26.0	25.9
17	26.0	25.9
18	25.9	25.9
19	26.0	25.9
20	25.9	25.9
21	25.9	25.9
22	25.9	25.9
23	25.9	25.9
24	25.9	25.9
25	25.9	25.9
26	25.9	25.9
27	26.0	25.9
28	26.0	25.9
29	26.0	25.9
30	26.0	25.9

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	1.6	0.9
1	1.5	0.8
2	1.5	0.8
3	1.4	0.6
4	欠測	欠測
5	1.4	0.6
6	1.3	0.6
7	1.3	0.5
8	1.2	0.5
9	1.2	0.6
10	1.1	0.5
11	1.1	0.5
12	1.1	0.5
13	1.0	0.4
14	1.0	0.4
15	1.0	0.4
16	1.0	0.3
17	1.0	0.3
18	1.0	0.3
19	1.0	0.2
20	0.9	0.2
21	0.9	0.2
22	0.9	0.2
23	0.9	0.2
24	0.9	0.2
25	0.9	0.2
26	0.9	0.2
27	0.9	0.2
28	0.9	0.2
29	0.9	0.2
30	0.9	0.2