

# 温度測定記録紙

No. 1

測定年月日: 2015年10月22日

測定者: 田寺 優香

観測地点: P 18

温度計番号

標準: A036

アルコール: A034

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.8	25.9
1	25.9	26.0
2	25.9	26.0
3	25.9	26.0
4	26.0	26.0
5	26.0	26.0
6	26.0	26.0
7	26.0	25.9
8	26.0	25.9
9	26.0	25.9
10	25.9	25.8
11	25.9	25.9
12	25.9	25.8
13	25.9	25.8
14	25.9	25.9
15	25.9	25.9
16	26.0	25.9
17	26.0	26.0
18	25.9	26.0
19	26.0	25.9
20	25.9	25.9
21	25.9	25.9
22	25.9	25.9
23	25.9	25.9
24	25.9	25.8
25	25.9	25.8
26	25.9	25.9
27	26.0	25.9
28	26.0	26.0
29	26.0	26.0
30	26.0	26.0

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	1.6	1.1
1	1.5	1.1
2	1.5	1.0
3	1.4	1.0
4	欠測	欠測
5	1.4	1.0
6	1.3	1.0
7	1.3	0.9
8	1.2	1.0
9	1.2	0.9
10	1.1	0.9
11	1.1	0.9
12	1.1	0.8
13	1.0	0.9
14	1.0	0.8
15	1.0	0.8
16	1.0	0.7
17	1.0	0.7
18	1.0	0.6
19	1.0	0.6
20	0.9	0.5
21	0.9	0.5
22	0.9	0.5
23	0.9	0.4
24	0.9	0.4
25	0.9	0.5
26	0.9	0.5
27	0.9	0.4
28	0.9	0.4
29	0.9	0.4
30	0.9	0.4