

温度測定記録紙

No. /

測定年月日: 2015年10月22日

測定者: 山垣内実希

観測地点: P19

温度計番号

標準: A020

アルコール: A005

^{標準}アルコール温度計 ^{アルコール}標準温度計

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	26.1 25.5	25.5 26.1
1	26.2 25.6	25.6 26.2
2	26.3 25.7	25.7 26.3
3	26.3 25.8	25.8 26.3
4	26.3 25.8	25.8 26.3
5	26.3 25.9	25.9 26.3
6	26.3 25.9	25.9 26.3
7	26.3 25.9	25.9 26.3
8	26.2 25.8	25.8 26.2
9	26.2 25.8	25.8 26.2
10	26.2 25.8	25.8 26.2
11	26.2 25.8	25.8 26.2
12	26.2 25.8	25.8 26.2
13	26.2 25.8	25.8 26.2
14	26.2 25.8	25.8 26.2
15	26.2 25.8	25.8 26.2
16	26.3 25.9	25.9 26.3
17	26.3 25.9	25.9 26.3
18	26.3 25.9	25.9 26.3
19	26.3 25.9	25.9 26.3
20	26.3 25.9	25.9 26.3
21	26.3 25.9	25.9 26.3
22	26.2 25.9	25.9 26.2
23	26.2 25.9	25.9 26.2
24	26.3 25.9	25.9 26.3
25	26.3 25.9	25.9 26.3
26	26.2 25.9	25.9 26.2
27	26.2 25.9	25.9 26.2
28	26.2 25.9	25.9 26.2
29	26.2 25.8	25.8 26.2
30	26.2 25.8	25.8 26.2

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	1.1	0.9
1	1.1	0.9
2	1.0	0.8
3	1.0	0.7
4	1.0	0.7
5	0.9	0.6
6	0.9	0.5
7	0.9	0.5
8	0.9	0.5
9	0.9	0.5
10	0.8	0.5
11	0.8	0.5
12	0.8	0.5
13	0.8	0.5
14	0.8	0.5
15	0.8	0.5
16	0.8	0.4
17	0.8	0.4
18	0.8	0.4
19	0.8	0.5
20	0.8	0.5
21	0.8	0.5
22	0.8	0.5
23	0.8	0.5
24	0.8	0.5
25	0.8	0.5
26	0.8	0.5
27	0.8	0.5
28	0.8	0.5
29	0.8	0.5
30	0.8	0.5