

温度測定記録紙

No. 1

測定年月日：2015.10.22

測定者：三和 植太

観測地点：P21

温度計番号

標準：40667

アルコール：A003

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	26.46 30	26.1 7.7
1	26.49 40	26.1 7.6
2	26.50 41	26.1 7.5
3	26.50 40	26.1 7.5
4	26.50 40	26.1 7.4
5	26.50 40	26.1 7.3
6	26.50	26.0
7	26.50	26.0
8	26.50	26.0
9	26.48	26.0
10	26.48	26.0
11	26.42	26.0
12	26.40	26.0
13	26.40	26.0
14	26.41	26.1
15	26.42	26.1
16	26.49	26.1
17	26.48	26.1
18	26.40	26.1
19	26.40	26.0
20	26.45	26.0
21	26.47	26.0
22	26.49	26.0
23	26.40	26.0
24	26.40	26.1
25	26.38	26.1
26	26.41	26.1
27	26.50	26.1
28	26.50	26.1
29	26.51	26.2
30	26.51	26.2

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	1.30	1.7
1	1.20	1.6
2	1.11	1.5
3	1.10	1.5
4	0.98	1.4
5	0.90	1.3
6	0.90	1.2
7	0.89	1.1
8	0.85	1.1
9	0.80	1.1
10	0.80	1.1
11	0.75	1.1
12	0.75	1.1
13	0.73	1.1
14	0.70	1.1
15	0.70	1.0
16	0.69	1.0
17	0.69	1.0
18	0.68	1.0
19	0.61	1.0
20	0.62	1.0
21	0.60	1.0
22	0.60	1.0
23	0.60	1.0
24	0.60	1.0
25	0.60	1.0
26	0.59	1.0
27	0.59	1.0
28	0.60	1.0
29	0.60	1.0
30	0.58	1.0