

# 温度測定記録紙

No. 1

測定年月日: 2015/10/22

測定者: 宮本大輔

観測地点: P22

温度計番号

標準: 40667

アルコール: A025

| 経過時間 (分) | 温水槽の温度 (°C) |          |
|----------|-------------|----------|
|          | 標準温度計       | アルコール温度計 |
| 0        | 26.46       | 25.9     |
| 1        | 26.49       | 25.9     |
| 2        | 26.50       | 25.9     |
| 3        | 26.50       | 25.9     |
| 4        | 26.50       | 25.9     |
| 5        | 26.51       | 25.9     |
| 6        | 26.50       | 25.8     |
| 7        | 26.50       | 25.8     |
| 8        | 26.50       | 25.7     |
| 9        | 26.48       | 25.7     |
| 10       | 26.48       | 25.7     |
| 11       | 26.42       | 25.6     |
| 12       | 26.40       | 25.8     |
| 13       | 26.40       | 25.7     |
| 14       | 26.41       | 25.8     |
| 15       | 26.42       | 25.8     |
| 16       | 26.49       | 25.8     |
| 17       | 26.48       | 25.7     |
| 18       | 26.40       | 25.8     |
| 19       | 26.40       | 25.8     |
| 20       | 26.45       | 25.8     |
| 21       | 26.47       | 25.8     |
| 22       | 26.49       | 25.7     |
| 23       | 26.40       | 25.7     |
| 24       | 26.40       | 25.7     |
| 25       | 26.38       | 25.6     |
| 26       | 26.41       | 25.8     |
| 27       | 26.50       | 25.9     |
| 28       | 26.50       | 25.9     |
| 29       | 26.51       | 26.0     |
| 30       | 26.51       | 26.0     |

| 経過時間 (分) | 冷水槽の温度 (°C) |          |
|----------|-------------|----------|
|          | 標準温度計       | アルコール温度計 |
| 0        | 1.30        | 1.1      |
| 1        | 1.20        | 1.0      |
| 2        | 1.11        | 1.0      |
| 3        | 1.10        | 0.9      |
| 4        | 0.98        | 0.8      |
| 5        | 0.90        | 0.7      |
| 6        | 0.90        | 0.6      |
| 7        | 0.89        | 0.6      |
| 8        | 0.85        | 0.6      |
| 9        | 0.80        | 0.6      |
| 10       | 0.80        | 0.6      |
| 11       | 0.75        | 0.5      |
| 12       | 0.75        | 0.5      |
| 13       | 0.73        | 0.6      |
| 14       | 0.70        | 0.5      |
| 15       | 0.70        | 0.5      |
| 16       | 0.69        | 0.5      |
| 17       | 0.69        | 0.4      |
| 18       | 0.68        | 0.4      |
| 19       | 0.61        | 0.4      |
| 20       | 0.62        | 0.4      |
| 21       | 0.60        | 0.4      |
| 22       | 0.60        | 0.3      |
| 23       | 0.60        | 0.3      |
| 24       | 0.60        | 0.3      |
| 25       | 0.60        | 0.3      |
| 26       | 0.59        | 0.3      |
| 27       | 0.59        | 0.3      |
| 28       | 0.60        | 0.3      |
| 29       | 0.60        | 0.3      |
| 30       | 0.58        | 0.3      |