

温度測定記録紙

No. 1

測定年月日：2015年10月22日

測定者：山野 良介

観測地点：P23

温度計番号

標準：40661

アルコール：AD12

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.4 26.51	25.9
1	25.48 26.50	25.4
2	26.50	25.9
3	26.49	25.9
4	26.47	25.9
5	26.40	25.9
6	26.42	26.0
7	26.48	26.0
8	26.51	26.0
9	26.52	26.0
10	26.53	26.0
11	26.57	26.0
12	26.60	26.0
13	26.61	26.0
14	26.58	25.9
15	26.58	25.9
16	26.50	25.9
17	26.52	25.8
18	26.53	25.8
19	26.49	25.8
20	26.49	25.8
21	26.50	25.9
22	26.49	25.9
23	26.51	25.9
24	26.50	25.9
25	26.60	25.9
26	26.60	25.9
27	26.50	26.0
28	26.53	26.0
29	26.50	26.0
30	26.55	26.0

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	0.91	1.2
1	0.80	1.2
2	0.80	1.1
3	0.80	1.1
4	0.80	1.0
5	0.78	1.0
6	0.77	1.0
7	0.75	1.0
8	0.73	1.0
9	0.72	1.0
10	0.70	1.0
11	0.70	1.0
12	0.69	1.0
13	0.68	0.9
14	0.68	0.9
15	0.67	1.0
16	0.67	1.0
17	0.64	0.9
18	0.62	1.0
19	0.61	1.0
20	0.60	1.0
21	0.60	0.9
22	0.58	0.9
23	0.58	1.0
24	0.60	1.0
25	0.60	0.9
26	0.60	0.9
27	0.59	1.0
28	0.57	1.0
29	0.60	0.9
30	0.59	1.0