

# 温度測定記録紙

No. 1

測定年月日：2015/10/22

測定者：山川 樹

観測地点：P24

温度計番号

標準：40661

アルコール：A001

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	26.51	26.0
1	<del>25.98</del> 26.50	26.0
2	26.50	26.0
3	26.49	26.0
4	26.47	26.0
5	26.40	26.0
6	26.42	26.0
7	26.48	26.0
8	26.51	26.1
9	26.52	26.1
10	26.53	26.1
11	26.57	26.1
12	26.60	26.1
13	26.61	26.1
14	26.58	26.0
15	26.58	26.0
16	26.60	26.0
17	26.52	25.9
18	26.53	25.9
19	26.49	25.9
20	26.49	25.9
21	26.50	26.0
22	26.49	26.0
23	26.51	26.0
24	26.50	26.0
25	26.60	26.0
26	26.60	26.0
27	26.50	26.0
28	26.53	26.1
29	26.50	26.1
30	26.55	26.1

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	0.91	1.5
1	0.80	1.4
2	0.80	1.2
3	0.80	1.2
4	0.80	1.1
5	0.78	1.1
6	0.77	1.1
7	0.75	1.1
8	0.73	1.1
9	0.72	1.1
10	0.70	1.1
11	0.70	1.1
12	0.69	1.1
13	0.68	1.0
14	0.68	1.0
15	0.67	1.1
16	0.67	1.0
17	0.64	1.0
18	0.62	1.1
19	0.61	1.1
20	0.60	1.1
21	0.60	1.1
22	0.58	1.0
23	0.58	1.1
24	0.60	1.1
25	0.60	1.1
26	0.60	1.1
27	0.59	1.1
28	0.57	1.1
29	0.60	1.1
30	0.59	1.1