

温度測定記録紙

No. _____

測定年月日: 2015 / 10 / 22

測定者: 丸山 敬貴

観測地点: P25

温度計番号

標準: 40924

アルコール: A008

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	26.70 26.80	25.9 26.9
1	26.79 26.80	25.9 26.9
2	26.80 26.71	25.9 26.8
3	26.82 26.70	26.0 26.8
4	26.85 26.68	26.0 26.8
5	26.85 26.60	26.0 26.8
6	26.89 26.60	26.0 26.7
7	26.90 26.50	26.0 26.6
8	26.90 26.55	26.0 26.6
9	26.90 26.51	26.0 26.6
10	26.90 26.50	26.0 26.5
11	26.90 26.51	26.0 26.5
12	26.90 26.51	26.0 26.4
13	26.90 26.50	26.0 26.4
14	26.90 26.50	26.0 26.4
15	26.90 26.50	26.0 26.4
16	26.90 26.50	26.0 26.4
17	26.90 26.48	26.0 26.4
18	26.89 26.45	26.0 26.4
19	26.89 26.45	26.0 26.4
20	26.89 26.41	26.0 26.4
21	26.87 26.40	26.0 26.4
22	26.87 26.40	26.0 26.4
23	26.85 26.40	26.0 26.4
24	26.85 26.40	26.0 26.4
25	26.85 26.40	26.0 26.4
26	26.82 26.40	26.0 26.4
27	26.81 26.40	26.0 26.4
28	26.81 26.40	26.0 26.4
29	26.81 26.40	26.0 26.4
30	26.81 26.40	26.0 26.4

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	0.80 26.70	0.9 25.9
1	0.80 26.79	0.9 25.9
2	0.71 26.80	0.8 25.9
3	0.70 26.82	0.8 26.0
4	0.68 26.85	0.8 26.0
5	0.60 26.85	0.8 26.0
6	0.60 26.89	0.7 26.0
7	0.60 26.90	0.6 26.0
8	0.55 26.90	0.6 26.0
9	0.51 26.90	0.6 26.0
10	0.51 26.90	0.5 26.0
11	0.51 26.90	0.5 26.0
12	0.51 26.90	0.4 26.0
13	0.50 26.90	0.4 26.0
14	0.50 26.90	0.4 26.0
15	0.50 26.90	0.4 26.0
16	0.50 26.90	0.4 26.0
17	0.48 26.90	0.4 26.0
18	0.45 26.89	0.4 26.0
19	0.45 26.89	0.4 26.0
20	0.41 26.89	0.4 26.0
21	0.40 26.87	0.4 26.0
22	0.40 26.87	0.4 26.0
23	0.40 26.85	0.4 26.0
24	0.40 26.85	0.4 26.0
25	0.40 26.85	0.4 26.0
26	0.40 26.82	0.4 26.0
27	0.40 26.81	0.4 26.0
28	0.40 26.81	0.4 26.0
29	0.40 26.81	0.4 26.0
30	0.40 26.81	0.4 26.0