

温度測定記録紙

No. 1

測定年月日: 2015 / 10 / 22

測定者: 山根 健輔

観測地点: P 26

温度計番号

標準: 40924

アルコール: A 039

| 経過時間 (分) | 温水槽の温度 (°C) | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| | 標準温度計 | アルコール温度計 |
| 15:00:00 | 26.70 | 26.0 |
| 01 | 26.79 | 26.1 |
| 2 | 26.80 | 26.2 |
| 3 | 26.82 | 26.2 |
| 4 | 26.85 | 26.3 |
| 5 | 26.85 | 26.3 |
| 6 | 26.89 | 26.4 |
| 7 | 26.90 | 26.4 |
| 8 | 26.90 | 26.4 |
| 9 | 26.90 | 26.4 |
| 10 | 26.90 | 26.4 |
| 11 | 26.90 | 26.4 |
| 12 | 26.90 | 26.4 |
| 13 | 26.90 | 26.4 |
| 14 | 26.90 | 26.3 |
| 15 | 26.90 | 26.3 |
| 16 | 26.90 | 26.3 |
| 17 | 26.90 | 26.3 |
| 18 | 26.89 | 26.3 |
| 19 | 26.89 | 26.3 |
| 20 | 26.89 | 26.3 |
| 21 | 26.89 | 26.2 |
| 22 | 26.89 | 26.2 |
| 23 | 26.89 | 26.2 |
| 24 | 26.89 | 26.2 |
| 25 | 26.89 | 26.2 |
| 26 | 26.82 | 26.2 |
| 27 | 26.81 | 26.2 |
| 28 | 26.81 | 26.2 |
| 29 | 26.81 | 26.2 |
| 30 | 26.81 | 26.2 |

| 経過時間 (分) | 冷水槽の温度 (°C) | |
|---------------|------------------|-----------------|
| | 標準温度計 | アルコール温度計 |
| 30 | 26.40 | 26.9 |
| 0 | 26.70 | 1.4 26.0 |
| 1 | 26.79 | 1.3 26.1 |
| 2 | 26.80 | 1.3 26.2 |
| 3 | 26.82 | 1.2 26.2 |
| 4 | 26.85 | 1.2 26.3 |
| 5 | 26.85 | 1.2 26.3 |
| 6 | 26.89 | 1.1 26.4 |
| 7 | 26.90 | 1.1 26.4 |
| 8 | 26.90 | 1.0 26.4 |
| 9 | 26.90 | 1.0 26.4 |
| 10 | 26.90 | 1.0 26.4 |
| 11 | 26.90 | 1.0 26.4 |
| 12 | 26.90 | 1.0 26.4 |
| 13 | 26.90 | 1.0 26.4 |
| 14 | 26.90 | 1.0 26.3 |
| 15 | 26.90 | 1.0 26.3 |
| 16 | 26.90 | 1.0 26.3 |
| 17 | 26.90 | 0.9 26.3 |
| 18 | 26.89 | 0.9 26.3 |
| 19 | 26.89 | 0.9 26.3 |
| 20 | 26.89 | 0.9 26.3 |
| 21 | 26.89 | 0.9 26.2 |
| 22 | 26.89 | 0.9 26.2 |
| 23 | 26.89 | 0.9 26.2 |
| 24 | 26.89 | 0.9 26.2 |
| 25 | 26.89 | 0.9 26.2 |
| 26 | 26.82 | 0.9 26.2 |
| 27 | 26.81 | 0.9 26.2 |
| 28 | 26.81 | 0.9 26.2 |
| 29 | 26.81 | 0.9 26.2 |
| 30 | 26.81 | 0.9 26.2 |