

温度測定記録紙

No.

測定年月日： 2015年 10月22日

測定者： 伊丹佑

観測地点： P06

温度計番号

標準 準： AD18

アルコール： A009

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.4	25.9
1	25.5	25.9
2	25.5	26.0
3	25.5	26.0
4	25.6	26.0
5	25.5	26.0
6	25.6	26.0
7	25.5	26.0
8	25.5	26.0
9	25.5	25.9
10	25.5	25.9
11	25.4	25.9
12	25.4	25.9
13	25.4	25.9
14	25.4	25.9
15	25.5	25.9
16	25.5	25.9
17	25.5	25.9
18	25.4	25.9
19	25.4	26.9
20	25.4	25.9
21	25.3	25.9
22	25.3	25.9
23	25.3	25.8
24	25.3	25.8
25	25.3	25.8
26	25.3	25.8
27	25.3	25.8
28	25.4	25.9
29	25.5	25.9

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	0.8	0.9
1	0.5	0.7
2	0.5	0.7
3	0.4	0.6
4	0.4	0.6
5	0.3	0.6
6	0.3	0.5
7	0.3	0.5
8	0.3	0.4
9	0.2	0.4
10	0.2	0.4
11	0.2	0.4
12	0.2	0.4
13	0.2	0.4
14	0.1	0.4
15	0.1	0.3
16	0.1	0.3
17	0.1	0.3
18	0.1	0.3
19	0.1	0.3
20	0.1	0.3
21	0.1	0.3
22	0.1	0.3
23	0.1	0.2
24	0.1	0.3
25	0.1	0.3
26	0.1	0.3
27	0.1	0.4
28	0.1	0.3
29	0.1	0.2