

## 温度測定記録紙

No.

測定年月日：H27 10月 22日

測定者：藤本 怜

観測地点：P20

温度計番号 A004

標準 準：A020

アルコール：A004

経過時間 (分)	温水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	25.5	25.6
1	25.6	25.6
2	25.7	25.7
3	25.8	25.7
4	25.8	25.8
5	25.9	25.8
6	25.9	25.8
7	25.9	25.7
8	25.8	25.8
9	25.8	25.8
10	25.8	25.7
11	25.8	25.7
12	25.8	25.7
13	25.8	25.8
14	25.8	25.8
15	25.8	25.8
16	25.9	25.8
17	25.9	25.8
18	25.9	25.8
19	25.9	25.8
20	25.9	25.8
21	25.9	25.8
22	25.9	25.8
23	25.9	25.8
24	<del>25.9</del>	25.8
25	25.9	25.7
26	25.9	25.8
27	25.9	25.8
28	25.9	25.8
29	25.8	25.8
30.	25.8	25.8

経過時間 (分)	冷水槽の温度 (°C)	
	標準温度計	アルコール温度計
0	1.1	0.8
1	1.1	0.8
2	1.0	0.7
3	1.0	0.6
4	1.0	0.6
5	0.9	0.6
6	0.9	0.5
7	0.9	0.5
8	0.9	0.5
9	0.9	0.4
10	0.8	0.4
11	0.8	0.4
12	0.8	0.4
13	0.8	0.4
14	0.8	0.3
15	0.8	0.3
16	0.8	0.3
17	0.8	0.3
18	0.8	0.4
19	0.8	0.3
20	0.8	0.3
21	0.8	0.3
22	0.8	0.3
23	0.8	0.2
24	0.8	0.2
25	0.8	0.2
26	0.8	0.2
27	0.8	0.2
28	0.8	0.2
29	0.8	0.2
30.	0.8	0.2